



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile
Direzione regionale Salute e Welfare

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE ALL’ALLESTIMENTO DI UN OSPEDALE DA CAMPO, DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE UMBRIA, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ED ALTRE SITUAZIONI EMERGENZIALI DI CARATTERE SANITARIO

Allegato 5

Attrezzature logistiche disponibili

Attrezzature LOGISTICHE già in dotazione da verificare in efficienza ed eventualmente da sottoporre a manutenzione

- 1) Struttura campale ad archi metallici (alluminio) costituita da 4 campate da metri 6x10 telo di copertura e catino interno con funzione di coibentazione caldo/freddo. Le 4 campate sono intercomunicanti grazie a 2 collegamenti coperti e n° 2 vestiboli che fungono da pre-ingressi. La struttura è corredata di impianto elettrico costituito da prese ed illuminazione (220 V) per tutta la superficie, 4 quadri tenda e 2 quadri di zona per la distribuzione della dorsale proveniente dalla rete o dal gruppo elettrogeno.
Costituisce parte integrante dell'impianto, un gruppo elettrogeno da 120 kw da utilizzare in assenza di energia elettrica in rete pubblica.



La struttura, inoltre, ha in dotazione n° 4 macchine per aria calda e fredda da circa 18 Kw l'una, con impianto forzato in ingresso e in uscita.

- 2) N° 15 tende autostabili a 4 archi (campate) della misura di circa metri 7,5x5,5 costituite da scheletro in tubi metallici, telo esterno ignifugo ed impermeabile, telo interno (catino) in cotone e pavimento in PVC. Le tende sono confezionate in 4

ceste logistiche, stoccate all'interno di un container marittimo ISO 20 eli-avio trasportabile con golfari per forche da 100 mm e blocchi d'angolo unificati. Ogni tenda ha in corredo il proprio impianto elettrico interno costituito da un quadro tenda, illuminazione e prese elettriche 220 V



- 3) N° 2 padiglioni igienici nuovi, su container ISO 20 (non eli-avio trasportabili). Ogni container ha a disposizione sia 2 bagni e 2 docce da destinarsi agli operatori e non per degenti in quanto non idonei all'uso per portatori di handicap.