

**Chiarimento n. 1**

Si richiede di specificare la tipologia di cateteri venosi centrali richiesti se corrispondono ai tunnellizzati permanenti o temporanei per trattamenti extracorporei e specificare se bilume o triplolume o se corrispondono a cateteri tipo Picc o Midline.

**Risposta chiarimento n. 1**

Si richiedono CVC temporanei con una durata massima di impianto di 15-30 giorni, bilume, il cui corretto posizionamento possa rispondere alla tecnica dell' "ECG intracavitario" senza dover ricorrere all'esecuzione di RX.