

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1555 DEL 08/11/2010

OGGETTO: Integrazioni alla DGR n. 321 del 01/03/2006 "Percorsi prescrittivi protesi acustiche in età adulta".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 08/11/2010.

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare le modifiche apportate nell'allegato 1) della DGR n. 321 del 1/3/2006 "Percorsi prescrittivi protesi acustiche in età adulta", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che inserisce tra i vari tipi di protesi acustiche prescrivibili dal medico specialista, anche la protesi ad ancoraggio osseo (BAHA). Tale tipo di protesi sarà riconducibile ad un apparecchio acustico di gruppo 1 cod. 21.45.09.006, ed essendo una protesi a funzione binaurale si prevede un duplice rimborso per il paziente equivalente a quello fino ad oggi erogato per la prescrizione di una doppia protesi acustica;
- 3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Integrazioni alla DGR n. 321 del 01/03/2006 "Percorsi prescrittivi protesi acustiche in età adulta".

Attualmente tra le nuove tecnologie, già in uso a livello internazionale e che si stanno diffondendo anche in Italia, utilizzate nella protesica del paziente ipoacusico, il sistema BAHA rappresenta per le sue caratteristiche di efficacia e semplicità (migliore qualità del suono e minore incidenza di infezioni auricolari rispetto alle protesi tradizionali, migliore tollerabilità estetica e possibilità di utilizzare un unico apparecchio per entrambe le orecchie), una risposta qualitativamente migliore da un punto di vista terapeutico per il paziente.

Esistono alcune malformazioni congenite rare che possono essere trattate in modo clinicamente accettabile esclusivamente mediante l'applicazione del Sistema BAHA.

Tale sistema è costituito da una protesi acustica applicata posteriormente alla mastoide ad una vite in titanio precedentemente fissata sull'osso. Si tratta di un sistema innovativo che consente di inviare lo stimolo sonoro amplificato direttamente alle cellule uditive interne, saltando l'orecchio medio, ed è quindi particolarmente indicato in pazienti con patologie che interessano tale porzione di orecchio.

Un altro aspetto importante del Sistema BAHA è la possibilità di effettuare dei test audiologici pre operatori che permettono al paziente di capire come sarà il suo udito dopo l'intervento mediante l'utilizzo di un archetto test, ciò significa che si hanno risultati efficaci e predicibili a contrario invece di quanto può avvenire utilizzando altri metodi di trattamento delle sordità suddette.

Le indicazioni per l'applicazione del suddetto sistema sono costituite dalle seguenti condizioni:

- ipoacusia trasmissiva o mista bilaterale;
- ipoacusia trasmissiva o mista nell'unico orecchio udente;
- ipoacusia neurosensoriale monolaterale con orecchio controlaterale normoudente.

Nel caso delle ipoacusie trasmissive o miste il gap tra via aerea e via ossea per le frequenze centrali (500, 1000, 200 Hz) deve essere di almeno 20 dB HL.

Le cause più frequenti di ipoacusia trasmissiva o mista sono costituite da:

- otite media cronica o esiti di chirurgia per otite media cronica;
- otosclerosi;
- malformazioni congenite di orecchio esterno e medio (atresia auris in particolare).

A tal fine è stato attivato un gruppo regionale per la definizione di linee guida relative all'applicazione del sistema protesico osteointegrato BAHA.

Per quanto sopra si propone di inserire nel modulo di prescrizione, di cui all'allegato 1) della DGR n. 321 del 1/3/2006 "Percorsi prescrittivi protesi acustiche in età adulta", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i vari tipi di protesi acustiche prescrivibili (via aerea, via ossea, retroauricolare, a scatola, etc.) dal medico specialista, anche la protesi ad ancoraggio osseo (BAHA). Tale tipo di protesi sarà riconducibile ad un apparecchio acustico di gruppo 1 cod. 21.45.09.006, ed essendo una protesi a funzione binaurale si prevede un duplice rimborso per il paziente.

Perugia, li 28/09/2010

L'istruttore
Giuseppina Moliterni

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 06/10/2010

Il responsabile del procedimento
- Mara Zenzeri

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:


- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 06/10/2010

Il dirigente di Servizio
Marcello Catanelli

FIRMATO



Regione Umbria

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: .buildcmap

STACK:

-dictionary-
/WinCharSetFFFF-V2TT3491565Ct
/CMap
-dictionary-
/WinCharSetFFFF-V2TT3491565Ct